

# 关于安徽哈一药业股份有限公司自动监控设施超标的 情况报告

滁州市天长市生态环境分局：

根据“国发监控平台”反映该企业（污水排放口）5月30日16时至31日2时出现氨氮小时超标现象，造成30日日均值超标（超标值为41.174mg/L，标准值40mg/L），我公司运维工程师31日到达现场，发现为标定曲线异常做值偏高导致超标，工程师已于13时更换新的试剂、标液，并重新标定设施后恢复数据正常传输。



送：安徽哈一药业股份有限公司